

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ

«Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских региструющих приборов по ТУ 17.12.14-004-22261422-2017»

Варианты исполнения:

1. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
2. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
3. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
4. В рулонах с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
5. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона с фотометрической меткой.
6. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона без фотометрической метки.
7. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона с фотометрической меткой.
8. В рулонах без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона без фотометрической метки.
9. Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки.
10. Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки с фотометрической меткой.
11. Складывающаяся без диаграммной сетки.
12. Складывающаяся без диаграммной сетки с фотометрической меткой.
13. Складывающаяся с диаграммной сеткой с фотометрической меткой на стороне бумаги без термослоя.
14. Складывающаяся с диаграммной сеткой с двумя фотометрическими метками на сетке.
15. Складывающаяся с диаграммной сеткой с перфорацией с двух сторон.
16. Складывающаяся без диаграммной сетки с перфорацией с двух сторон.